FICHE TECHNIQUE

Système de fermeture proctologie : OTSC® Proctology

STERILE EO

2

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

OTSC Système de fermeture

OTSC®
PROCTOLOGY

Description du système :
Composé en Nitinol, le système de fermeture est facilement toléré par l'organisme de plus il présente une « mémoire de forme » et une « super-élasticité » qui contribuent à son efficacité.

Le clip est pré-chargé sur son applicateur pour un largage automatique après déverrouillage de l'applicateur.

Indications : Instrument pour la compression des tissus au niveau de l'anus et du rectum, dans le cadre de traitement de lésions ou d'hémostase proctologiques.



Référence	Largeur de la mâchoire (a)	Diamètre maximal de l'applicateur (b)
OV/200.60	11 mm	23 mm

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **1**
Type d'emballage individuel : **blister stérile dans une boite cartonnée**

Compatibilité autre dispositif : S'utilise avec les accessoires suivants :

Référence	Nom commercial	Accessoire
200.61	OTCS-Anchor	Ancre de rapprochement des tissus
200.62	OTCS-Brush	Brosse de nettoyage de fistule anale
200.63	Clip cutter PR	Pince de retrait

FICHE TECHNIQUE

➢ INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux :
Système de fermeture : Nitinol – *Compatible avec les IRM*

Présence de :
Latex : ❑Oui ☑Non
Produit d'origine animale : ❑Oui ☑Non
PVC : ❑Oui ☑Non
Phtalate et DEHP : ❑Oui ☑Non

Sterilité :
Stérile : ☑Oui ❑Non STERILE EO
Mode de stérilisation : Oxyde d'Ethylène
Nombre d'utilisations : Usage Unique ②

Conservation :
Conditions de conservation: Température ambiante controlée
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation :
Sécurité d'utilisation : Cf. Notice ⚠
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant :
Fabricant : Ovesco
Pays : Allemagne

Marquage CE :
Marquage CE accordé par DEKRA Certification, N° d'organisme : 0124
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II section 3

Classes des dispositifs :
OTSC Système de fermeture :Classe IIb